ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ÉMI-TÜV

TANÚSÍTVÁNY

Száma: **C-26C24025022** **Kelt:** Szentendre, 2025. 06. 16.

Termékcsoport neve: Delta XX-T-S-E-V, vegyifülke sorozat

Típusváltozatok azonosító adatai:

XX- méret jelölés, külső szélesség (dm): 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
T- típus: B- normál, D- desztiláló, W- bejáró, T- átadó, A- asztali, M- mobil
S- belső burkolat: N- normal HPL laminált, PP- Polypropilén borítás,
ESD- elektrosztatikus borítás,
E- szívóteljesítmény üzemmódok: O- állandó teljesítmény (100%), E- gazdaságos, két teljesítmény 30 vagy 100%
V- VAV változó légmennyiség, folyamatos szívóteljesítmény 30%-100%

Megbízó/ gyártó: FOTON Kft.
2120 Dunakeszi, Táltos u. 28.

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály a kérelmező által benyújtott dokumentációk, a 2023. 06. 08 -án kelt gyártói azonossági nyilatkozat és a korábbi vizsgálati eredmények (R-957403) alapján megállapítja, hogy a vizsgált minták az alábbiakban részletezett jogszabályoknak, vonatkozó előírásoknak

megfelelnek

Alkalmazott, előírások, szabványok:

MSZ EN 14175-1:2003, MSZ EN 14175-2:2003, MSZ EN 14175-3:2004,
MSZ EN 14175-6:2006, MSZ EN 14175-7:2012

Érvényes: A kiállítástól számított 2 évig, illetve a termékben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban bekövetkező változásokig.

Ozsvárt Dániel Péter
IS osztályvezető

A vonatkozó jogszabályok betartása és a megfelelő műszaki dokumentáció összeállítása után a terméken a CE jelölés elhelyezendő. A megbízó köteles értesíteni a megbízottat a termékre vonatkozó minden tervezett, vagy bekövetkezett változásokról. Jelen tanúsítvány a 26C24025022 számú szerződés alapján lett kiállítva.

ÉMI TÜV SÜD Kft. 2000 Szentendre Dózsa György út 26. Tel.: +36 26 501 120

TÜV®